

CAIET DE SARCINI

I. **Caietul de sarcini** face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Prezentul Caiet de sarcini nu repetă prescripțiile cuprinse în norme ale căror aplicativitate este obligatorie pentru furnizor și beneficiar și a fost elaborat ținând cont de necesitățile obiective ale Autorității Contractante.

II. **Obiectul contractului:**

Revizia și repararea următoarelor instalații / echipamente, aflate în clădirea Laboratoarelor de Cercetări Avansate de Mediu, din str. Oituz 4, Timișoara:

1.Revizie la compresor CRS 20-13 bar

Nr crt.	Denumire piese de schimb/operatiuni ce trebuie prestate/realizate	UM	Cantitate
1	Filtru aer TGA	buc	1
2	Filtru ulei TGO	buc	1
3	Filtru separator aer-ulei	buc	1
4	Ulei mineral compresoare	litri	7
5	Senzor temperatura	buc	1
6	Catrus filtrant serie P,M,S	buc	4
7	Verificare parametri de functionare , curatare compresor ,manopera	buc	1

2. Revizie la instalatie demineralizare apa

Nr crt.	Denumire piese de schimb/operatiuni ce trebuie prestate/realizate	UM	Cantitate
1	Cărbune activ 80 litri	buc	1
2	Rasina dedurizare 90 litri	buc	1
3	Pietris 1-3 mm start suport 8 litri	buc	1
4	Cartușe 5 microni-1 set(5 buc)	buc	1
5	Cartușe 25 microni-1 set(5 buc)	buc	1
6	Sare pastile sac 5 kg	buc	1
7	Lampa uv 30W	buc	1

8	Verificare parametri de functionare, curatare, manopera	buc	1
----------	---	-----	---

3. Revizie pompa de vid model BEKER UB40

Nr crt.	Denumire piese de schimb/operatiuni ce trebuie prestate/realizate	UM	Cantitate
1	Filtru aer	buc	1
2	Ulei pompa vid	litri	2
3	Montaj ,verificare parametri functionare	buc	1

4. Revizie generator de azot GN 20 ERREDUE

Nr crt.	Denumire piese de schimb/operatiuni ce trebuie prestate/realizate	UM	Cantitate
1	Cartus filtrant aer M.S.A.	buc	3
2	Purjator automat	buc	1
3	Montaj ,verificare parametri functionare	buc	1

Oferta financiară se va prezenta distinct, pentru fiecare echipament în parte. Oferta financiară trebuie să prezinte valoarea exprimată în lei.

Oferta trebuie să cuprindă toate echipamentele menționate la punctul II. Nu se admit oferte numai pentru o parte din echipamente.

Echipamentele vor beneficia de verificarea tehnică, asigurându-se astfel funcționarea optimă a acestora.

- III. **Termen de livrare:** Furnizorul se obligă să facă revizia, reparațiile necesare, să livreze, să descarce și să instaleze produsele schimbate la adresa: Laboratoarele de Cercetări Avansate de Mediu, Str. Oituz 4, Timișoara, 300086, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
- IV. **Termen de garanție minim al reparațiilor / reviziilor / produselor (pieselor) schimbate este de minim 24 de luni.**
- V. **Recepționarea lucrărilor / produselor (pieselor) schimbate:** Recepția lucrărilor / produselor, la adresa indicată de achizitor, se face prin verificarea corespondenței dintre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele (piesele) schimbate care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini sau din manualul instanțiilor deschise la punctul II. vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.

- VI. **Alte condiții:** Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii și semnarea, fără obiecțiuni, de către Comisia de recepție, a procesului verbal de prestare a serviciilor/reviziilor, pe baza facturii fiscale, emise de furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Prof. Dr. Vasile OSTAFE